

Normatização dos Equipamentos e Técnicas de Exame para Realização de Implante de Marcapassos

Editores

Eduardo Sosa (SP); Fábio Sândoli de Brito (SP);
Ivan Maia (RJ); José Carlos Pachón Mateos (SP);
Júlio Gizzi (SP); Márcio Fagundes (RJ);
Martino Martinelli Filho (SP);
Roberto Costa (SP)

Participantes

André d'Ávila (SP); Adalberto Lorga Filho (SP);
Anísio Pedrosa (SP); Álvaro Barros da Costa (RN);
Ayrton Peres (DF); César Grupi (SP);
Cláudio Cirenza (SP); Dalmo Moreira (SP);
Dário Sobral (PE); Denise Hachul (SP);
Eduardo D' Andréa (RJ); Epotamenides M. Good God (MG);
Guilherme Fenelon (SP); Gustavo Glotz Lima (RS);
Hélio Brito (MG); José Carlos Moura Jorge (PR);
José Carlos de Andrade (SP); José Carlos Ribeiro (RJ);
João Pimenta (SP); José Tarcísio de Vasconcelos (SP);
Leandro Zimerman (RS); Márcio Fagundes (RJ);
Márcio Figueiredo (SP); Ney Valente (SP);
Paulo Medeiros (SP); Reynaldo Castro Miranda (MG);
Ricardo Kunyoshi (ES); Roberto Sá (RJ);
Sérgio G. Rassi (GO); Sérgio Siqueira (SP);
Silas Galvão (SP); Silvana Nishioka (SP);
Tereza Grillo (MG); Thiago da Rocha Rodrigues (MG);
Washington Maciel (RJ)

Características do Centro de Implante de Marcapasso

Um centro de implante de marcapasso definitivo deve contar com recursos materiais indispensáveis à integridade e segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.

Recursos Hospitalares

Desde que o procedimento seja realizado com segu-

rança e sob condições adequadas, não deve haver influência sobre os resultados. Os locais destinados ao implante de marcapasso podem ser: sala nas instalações de um centro cirúrgico; sala no laboratório de hemodinâmica; sala designada especialmente para esse fim.

A sala deve ter dimensões, iluminação e ventilação adequadas e lavatórios para anti-sepsia. Deve dispor de tomadas elétricas com voltagem de 110 e 220 V, adequadamente aterradas para impedir interferências eletromagnéticas.

Equipamentos Necessários

O requisito primordial para o laboratório de marcapasso deve ser um intensificador de imagem (fluoroscopia) portátil ou fixo com mobilidade para visualização de áreas de interesse (pescoço ao abdome).

A monitoração contínua eletrocardiográfica é imprescindível. A pressão arterial e o oxímetro de pulso são benéficos, porém prescindíveis.

Também são consideradas presenças indispensáveis na sala: cardioversor-desfibrilador com suporte de marcapasso externo transtorácico; material cirúrgico de suporte, correspondente a procedimento de pequeno ou médio porte (eletrocautério é opcional); analisador de marcapasso e acesso ao programador; suporte para emergências e complicações.

Recursos Humanos

Deve ser composto por:

- médico responsável pelo procedimento do implante especialista ou habilitado pelo DECA ou órgão competente afim;
- médico auxiliar;
- instrumentador com treinamento na área;
- atendente de sala para disponibilizar o material cirúrgico e drogas;
- assessor técnico, independente do fabricante.